

**Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 20072000013/42
на право заключения договора на поставку медицинского оборудования
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

Способ закупки	Запрос котировок
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика и/или организатора процедуры закупки	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград» Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 Адрес электронной почты: railwayhospital@mail.ru , rgdmzakup39@mail.ru тел./факс 8 (4012) 60-13-53 8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Поставка медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», г. Калининград, ул. Летняя, дом 1
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (при наличии в документации)	Начальная (максимальная) цена договора составляет 191 522,50 (Сто девяносто одна тысяча пятьсот двадцать два) рубля 50 копеек и включает в себя цену Товара на основании прилагаемого технического задания, которая будет включать в себя стоимость товара с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика.
Сроки и Условия поставки и оплаты Товара	Поставка товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней, включая срок доставки товара до склада Покупателя, в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Оплата в течение 30 (Тридцати) банковских дней после принятия партии Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки	Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и подведения итогов закупки осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, в кабинете № 424 Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»; Дата и время начала подачи заявок: <u>27.03.2020</u> г. <u>10:00</u> ; Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30; Дата и время окончания подачи заявок: <u>02.04.2020</u> г. <u>10:00</u> ; Дата и время вскрытия конвертов: <u>02.04.2020</u> г. <u>10:50</u> .
Порядок проведения процедуры закупки	Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или организатора процедуры закупки.

Главный врач



Л.М. Сиглаева

Утверждаю
Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград»
Л.М. Сиглаева



**Техническое задание
на поставку медицинского оборудования
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

№ п/п	Наименование объекта закупки	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки	Требования к показателям	Единица измерения	Кол-во
1.	Электрохирургический аппарат ЭХВЧ-20 или эквивалент	Электрохирургический аппарат	Наличие	Шт.	1
		Рабочая частота, кГц	440		
		Диапазон нагрузок, Ом	От 20 до 10000		
		Регулировка мощности	Плавная		
		Мощность Вт, не менее	20		
		Монополярный режим	Наличие		
		Количество выходов	Не менее 2		
		Мощность на выходе 1, на нагрузке 800 Ом, Вт	Не менее 20		
		Управление аппаратом	От педали		
		Адаптированное регулирование выходного напряжения в зависимости от изменения электрического сопротивления ткани осуществляется посредством мониторинга через электроинструмент	Наличие		
		Полная защита от перегрузок (замыкание и холостой ход по выходу)	Наличие		
		Электромагнитная совместимость	Соответствует международным нормам		
		Неограниченное время работы, не требуется время на охлаждение	Наличие		
		Потребляемая мощность, питание от сети переменного тока 220±20%, 50-60 Гц, Вт	Не более 70		
		Корпус металлический пылезащитный	Наличие		
Средняя наработка на отказ, часов	Не менее 5000				
Система эвакуации дыма	Наличие				
Комплектация аппарата: Блок аппарата Педаль Электродержатель коагуляционный Øхв=1,2 мм Электродержатель для эпиляционной нити Электрод – нить эпиляционная 0.08 мм (моток) Электрод коагуляционный неизолированный Øхв=1,2 мм, l=40 мм Руководство по эксплуатации	Наличие				

2.	Дерматоскоп HEINEDEL A 20 PLUS или эквивалент	Эпилюминесцентный дерматоскоп с оптическим поляризационным светофильтром для инвазивного визуального обследования неповрежденной кожи (дерматоскопия)	Наличие	Шт.	1
		Технические характеристики:			
		Увеличение 10 x до 16 x (зависит от дистанции)	Наличие		
		Фокус (коррекция) ca. +/- 6D	Наличие		
		Диапазон мощности DC2.5B – 3.5 B	Наличие		
		Контактные пластинки произведены из кварцевого стекла	Наличие		
		Источник света группа светодиодов 1 (aIEC 62471)	Наличие		
		Комплектация:			
		Контактная пластинка с функцией масштабирования	Наличие		
		Маленькая контактная пластинка	Наличие		
		Контактная пластинка без функции масштабирования	Наличие		
		Поляризованная контактная пластинка с функцией масштабирования	Наличие		
		Поляризованная контактная пластинка	Наличие		
		Поляризующая режущая пластина	Наличие		
		Оптическая режущая пластина	Наличие		
		Ослабление света	Наличие		
		Фокусирующее кольцо	Наличие		
		Индикатор камеры	Наличие		
		Штатив	Наличие		
		Рукоятка	Наличие		
Регулятор света	Наличие				
Руководство по эксплуатации на русском языке	Наличие				
Масло для исследований	Наличие				

Согласовано  главная медицинская сестра Н.В. Алексеева

Утверждаю
Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград
И.М. Сиглаева



**Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского оборудования
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от семи поставщиков:

Коммерческое предложение № 1: исх. № 59 от 20.02.2020 года,
Коммерческое предложение № 2: исх. № 3289 от 20.02.2020 года,
Коммерческое предложение № 3: исх. № 6/н от 26.02.2020 года,
Коммерческое предложение № 4: исх. № 0032/20 от 02.03.2020 года,
Коммерческое предложение № 5: исх. № 715 от 02.03.2020 года,
Коммерческое предложение № 6: исх. № 132013/77.6 п от 03.03.2020 года.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки	ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу измерения, руб.						Средняя цена за единицу	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
					Поставщик №1 (руб.)	Поставщик №2 (руб.)	Поставщик №3 (руб.)	Поставщик №4 (руб.)	Поставщик №5 (руб.)	Поставщик №6 (руб.)		
1	Электрохирургический аппарат	В соответствие с техническим заданием	шт	1			162 390,00	59 000,00	63 000,00	61 000,00	86 347,50	86 347,50
2	Дерматоскоп	В соответствие с техническим заданием	шт	1			117 200,00	99 500,00	101 000,00	103 000,00	105 175,00	105 175,00
ИТО												191 522,50

Начальная (максимальная) цена договора составляет **191 522,50 рублей** и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист I категории

Т.А. Мисюрева