Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21072000118/19 на право заключения договора на поставку изделий медицинского назначения для эндоскопического оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград».

Способ закупки	Запрос котировок
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика и/или организатора процедуры закупки	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград» Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 Адрес электронной почты: **rgdmzakup39@mail.ru** Railwayhosputal@mail.ru тел./факс 8 (4012) 60-13-53 8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	**Поставка изделий медицинского назначения для эндоскопического оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»** в соответствии с техническим заданием
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (при наличии в документации)	Начальная (максимальная) цена договора составляет **139 756,27 (Сто тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 27 копеек** и включает в себя цену Товара на основании прилагаемого технического задания, которая будет включать в себя стоимость Товара с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации..
Сроки и Условия поставки Товара	Срок поставки товара: поставка Товара партиями по заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в течение 10 (Десяти) календарных дней, включая срок доставки товара до склада Покупателя, с момента подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки	Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и подведения итогов закупки ощуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, в приемной главного врача Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»; **Дата и время начала подачи заявок: 24.03.2021 г. 09:00;** **Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30;** **Дата и время окончания подачи заявок: 30.03.2021 г. 09:00;** **Дата и время вскрытия конвертов: 30.03.2021 г. 09:10.**
Порядок проведения процедуры закупки	Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или организатора процедуры закупки.

Главный врач ПОДПИСЬ Л.М. Сиглаева

Приложение №1 котировочной документации

Утверждаю

Главный врач

ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград»

ПОДПИСЬ Л.М. Сиглаева

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий медицинского назначения для эндоскопического оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

Наименование	Технические характеристики			
32.50.13.190-00007752 Щипцы биопсийные	Длина рабочей части, мм	не более 1550	шт.	2
	Диаметр проводника, Fr.	не менее 5,3		
	Скрытый механизм открытия/закрытия бранш в месте прикрепления к дистальной части боудена для защиты канала эндоскопа	наличие		
	Механизм захвата зубчатый с увеличением размера зубцов к дистальной части	наличие		
	Минимальный диаметр совместимого внешнего проводника, Fr.	не более 5,8		
	Двойная заточка браншей	наличие		
	Отверстия в рабочих браншах для отжатия лишней жидкости из образца материала и получения биоптата большего размера	наличие		
	Боуден шлифованный по всей длине инструмента	наличие		
	Цветовая маркировка инструмента для быстрого определения сферы применения	наличие		
	Продольные рентгеноконтрастные метки тубуса, шт	не менее 7		
	Тип рукоятки	аксиальная		
	Градуированная жесткость сердечника для работы с эндоскопами с боковой оптикой	наличие		
	Специальный шип для фиксирования положения браншей	наличие		
	Проводник инструмента установлен неразборно	наличие		
	Титановое напыление рабочих бранш для увеличения срока эксплуатации	наличие		

	Механизм качания браншей для облегчения тангенциальной биопсии	наличие		
	Двойные проволочные тяги для сильного сжатия браншей и быстрого иссечения	наличие		
	Тип браншей	эллипсоидные		
	Угол раскрытия браншей, градусов	не менее 95		
	Паз для установки Е-образных стопперов на рукоятке для жесткой фиксации бранш в закрытом состоянии и предотвращения нежелательного открытия бранш в канале	наличие		
	Возможность совместного использования с электрохирургическими инструментами с использованием двухканального эндоскопа	наличие		
	Указание дат изготовления и срока годности на заводской упаковке	наличие		
	Индивидуальная герметичная упаковка	наличие		
	Возможность автоклавирования	наличие		
32.50.13.190-00007752 Щипцы биопсийные	Длина рабочей части, мм	не менее 1800	шт.	2
	Диаметр проводника, Fr.	не менее 7,2		
	Скрытый механизм открытия/закрытия бранш в месте прикрепления к дистальной части боудена для защиты канала эндоскопа	наличие		
	Минимальный диаметр совместимого внешнего проводника, Fr.	не более 7,5		
	Двойная заточка браншей	наличие		
	Отверстия в рабочих браншах для отжатия лишней жидкости из образца материала и получения биоптата большего размера	наличие		
	Боуден шлифованный по всей длине инструмента	наличие		
	Цветовая маркировка инструмента для быстрого определения сферы применения	наличие		
	Продольные рентгеноконтрастные метки тубуса, шт	не менее 5		
	Тип рукоятки	аксиальная		
	Градуированная жесткость сердечника для работы с эндоскопами с боковой оптикой	наличие		
	Проводник инструмента установлен неразборно	наличие		
	Титановое напыление рабочих бранш для увеличения срока эксплуатации	наличие		
	Механизм качания браншей для облегчения тангенциальной биопсии	наличие		
	Двойные проволочные тяги для сильного сжатия браншей и быстрого иссечения	наличие		
	Тип браншей	полусферические		
	Угол раскрытия браншей, градусов	не менее 95		

	Паз для установки Е-образных стопперов на рукоятке для жесткой фиксации бранш в закрытом состоянии и предотвращения нежелательного открытия бранш в канале	наличие		
	Возможность совместного использования с электрохирургическими инструментами с использованием двухканального эндоскопа	наличие		
	Указание дат изготовления и срока годности на заводской упаковке	наличие		
	Индивидуальная герметичная упаковка	наличие		
	Возможность автоклавирования	наличие		
32.50.13.190-00007752 Щипцы биопсийные	Длина проводника, мм	не менее 2200	шт.	2
	Диаметр проводника, Fr.	не менее 7,2		
	Скрытый механизм открытия/закрытия бранш в месте прикрепления к дистальной части боудена для защиты канала эндоскопа	наличие		
	Минимальный диаметр совместимого внешнего проводника, Fr.	не более 7,5		
	Двойная заточка браншей	наличие		
	Отверстия в рабочих браншах для отжатия лишней жидкости из образца материала и получения биоптата большего размера	наличие		
	Боуден шлифованный по всей длине инструмента	наличие		
	Цветовая маркировка инструмента для быстрого определения сферы применения	наличие		
	Продольные рентгеноконтрастные метки тубуса, шт	не менее 5		
	Тип рукоятки	аксиальная		
	Градуированная жесткость сердечника для работы с эндоскопами с боковой оптикой	наличие		
	Специальный шип для фиксирования положения браншей	наличие		
	Проводник инструмента установлен неразборно	наличие		
	Титановое напыление рабочих бранш для увеличения срока эксплуатации	наличие		
	Механизм качания браншей для облегчения тангенциальной биопсии	наличие		
	Двойные проволочные тяги для сильного сжатия браншей и быстрого иссечения	наличие		
	Тип браншей	эллипсоидные		
	Угол раскрытия браншей, градусов	не менее 95		
	Паз для установки Е-образных стопперов на рукоятке для жесткой фиксации бранш в закрытом состоянии и предотвращения нежелательного открытия бранш в канале	наличие		

	Возможность совместного использования с электрохирургическими инструментами с использованием двухканального эндоскопа	наличие		
	Указание дат изготовления и срока годности на заводской упаковке	наличие		
	Индивидуальная герметичная упаковка	наличие		
	Возможность автоклавирования	наличие		
32.50.13.190 Загубник	Загубник эндоскопический автоклавируемый многоразовый. Обеспечивает сохранность тубуса эндоскопа при рефлекторном сжатии зубов пациентом. Не содержит латекса. Должны подходить все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 15 мм. В индивидуальной упаковке.		шт	15

Согласовано _____ ПОДПИСЬ _____

Утверждаю
Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград»

ПОДПИСЬ Л.М. Сиглаева

м.п.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку изделий медицинского назначения для эндоскопического оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков:

Коммерческое предложение № 1: исх. б/н от 12.02.2021 года,

Коммерческое предложение № 2: исх. 20200910.16499 от 10.09.2020 года,

Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от от 10.02.2021 года.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки	Кол-во	Цена за единицу измерения, руб.			средняя цена за единицу	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
				Поставщик №1 (руб.)	Поставщик №2 (руб.)	Поставщик №3 (руб.)		
1	щипцы биопсийные	В соответствие с техническим заданием	2	19 150,00	20 558,16	20 484,80	20 064,32	**40 128,64**
2	щипцы биопсийные		2	17 600,00	26 260,92	20 484,80	21 448,57	**42 897,15**
3	щипцы биопсийные		2	18 850,00	26 260,92	20 484,80	21 865,24	**43 730,48**
4	загубник		15	900,00	900,00	800,00	866,67	**13 000,00**
							ИТОГО:	**139 756,27**

Начальная (максимальная) цена договора составляет **139 756,27 рублей** и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

Экономист 1 категории ПОДПИСЬ Т.А. Мисюрева