

**Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 21072000128/67  
на право заключения договора на поставку медицинского изделия (автоклав) для нужд  
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград».**

Способ закупки	Запрос котировок
Порядок проведения процедуры закупки	Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта 2021 г. № ЦДЗ-18, размещенного на сайте Заказчика процедуры закупки.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика и/или организатора процедуры закупки	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград» Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 Адрес электронной почты: <a href="mailto:rgdmzakup39@mail.ru">rgdmzakup39@mail.ru</a> тел./факс 8 (4012) 60-19-31 <a href="http://db-klzd.ru/zakupki">http://db-klzd.ru/zakupki</a>
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	<b>Поставка медицинского изделия (автоклав) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»</b> в соответствии с техническим заданием
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1
Источник финансирования	Собственные средства
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (при наличии в документации)	Начальная (максимальная) цена договора составляет <b>499 500,00 (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек</b> и включает в себя цену Товара на основании прилагаемого технического задания, которая будет включать в себя стоимость Товара с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Обеспечение заявок	Не предусмотрено
Обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
Сроки оплаты Товара	В соответствии с проектом договора
Сроки и Условия поставки Товара	Срок поставки товара: поставка Товара по заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в течение 3 (Трех) рабочих дней, включая срок доставки товара до склада Покупателя, с момента подписания договора.
Место подачи заявок	Подача заявок осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, кабинет 408. Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах, с номерами извещения о проведении запроса котировок, наименованием, ИНН и адресом организации, заверенные печатью <b>Дата и время начала подачи заявок: 01.11.2021 г. 14:00;</b> <b>Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 16:30;</b> <b>Дата и время окончания подачи заявок: 09.11.2021 г. 14:00</b>
Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки	<b>Дата и время вскрытия конвертов: 09.11.2021 г. 14:10</b> Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки осуществляется <b>09.11.2021 г. 14:20</b> , по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, кабинет 424,
Критерии и порядок оценки и сопоставления	Комиссия по осуществлению закупок (далее Комиссия) не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:

котировочных заявок	<p>- котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;</p> <p>- цена услуг, предложенная в котировочной заявке, превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.</p> <p>Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.</p> <p>Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена услуг.</p> <p>При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками закупки победителем запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки с аналогичной ценой.</p> <p>Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора Заказчика с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.</p> <p>Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок, которые размещаются на официальном сайте Заказчика не позднее 2-х дней с даты их подписания.</p>
Срок и условия подписания договора	<p>Не позднее 20 календарных дней со дня получения Заказчиком письменного согласования итогов запроса котировок и проекта договора из Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» и/или Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».</p>
Разъяснения положений котировочной документации	<p>Запросы о разъяснении положений котировочной документации направляются в письменной форме, контактное лицо – Мисюрева Татьяна Александровна.</p> <p>Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении запроса котировок и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 (три) дня до окончания срока подачи заявок, не подлежат рассмотрению.</p> <p>Разъяснения предоставляются в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса. Разъяснения положений документации о закупке размещаются на официальном сайте, без указания лица, от которого поступил запрос.</p>
Информация о праве Заказчика отказаться от проведения закупки	<p>ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.</p> <p>Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калининград» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.</p>

Главный врач

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

**ПОДПИСЬ**

Л.М. Сиглаева

Утверждаю  
Главный врач  
ЧУЗ «РЖД-Медицина»  
г. Калининград»

**ПОДПИСЬ**

Л.М. Сиглаева

М.П.

**Техническое задание  
на поставку медицинского изделия (автоклав Vacuklav 24 B/L+ (производитель MELAG  
Medizintechnik oHG, Германия) или эквивалент).**

№	Требуемые характеристики	Диапазон значений
<b>1. Общие требования</b>		
1.1	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Наличие
1.2	Сертификат соответствия Госстандарта России либо Декларация о соответствии	Наличие
Технические характеристики:		
<b>2. Размеры и ёмкость</b>		
2.1	Внешние, не более: Ширина: 425 мм + 2% Высота: 485 мм + 2% Глубина: 750 мм + 2%	Наличие
2.2	Внутренние, не менее: Размер камеры: Ø 25 см x 600 мм объём рабочей камеры 29 литров	Наличие
2.3	Ёмкость: Загрузка инструментов, не более: 7 кг. Загрузка текстиля, не более: 2,5 кг	Наличие
2.4	Вес не более 51 кг	Наличие
<b>3. Модель</b>		
3.1	Отдельно стоящий, настольный автоклав. Все необходимые компоненты встроены.	Наличие
3.2	Автоклав должен быть прост в установке, и не требовать дополнительных условий кроме источника электроэнергии, водопроводной и деминерализованной воды.	Наличие
3.3	Держатель лотков должен легко выниматься из рабочей камеры, чтобы имелась возможность загрузки других лотков или контейнеров.	Наличие
<b>4. Конструкция</b>		
4.1	Рабочая камера должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Все остальные компоненты должны быть изготовлены из жаро- и коррозионностойких материалов.	Наличие
4.2	Для лучшего удаления воздуха автоклав должен использовать глубокое и многократное предварительное вакуумирование посредством воднокольцевой вакуумной помпы.	Наличие
4.3	Для достижения соответствующего качества сушки в автоклаве должна использоваться пульсирующая и вакуумная постстерилизационная сушка.	Наличие
4.4	В автоклаве должен быть встроенный парогенератор для	Наличие

	предварительной подготовки пара. Пар должен подаваться в рабочую камеру уже в готовом виде.	
4.5	Автоклав должен иметь систему предварительного нагрева, включаемую или отключаемую по желанию пользователя.	Наличие
<b>5. Программы</b>		
5.1	134°C Универсальная программа, время стерилизации 3.5 мин.	Наличие
5.2	134°C Быстрая программа, время стерилизации 3.5 мин.	Наличие
5.3	121°C Мягкая программа, время стерилизации 15 мин	Наличие
5.4	134°C Prion программа, время стерилизации 20 мин	Наличие
5.5	Вакуумный тест	Наличие
5.6	V&D тест	Наличие
5.7	Возможность изменения параметров (время, температура и других) при необходимости в соответствии с требованиями заказчика.	Наличие
<b>6. Управление</b>		
6.1	Автоклав должен иметь микропроцессорное управление.	Наличие
6.2	Автоклав должен иметь систему отображения параметров для того, чтобы во время работы можно было убедиться в том, что их значения соответствуют норме.	Наличие
6.3	Автоклав должен иметь буквенно-цифровой дисплей, отображающий текущее состояние и всю необходимую для пользователя информацию. Информация на дисплее может отображаться на Английском или Русском языках.	Наличие
6.4	Управление автоклавом осуществляется пятью кнопками: «Главный выключатель», «Выбор программы», «Старт/Стоп» и две «Функциональные кнопки».	Наличие
6.5	Перед началом каждого рабочего цикла стерилизации автоклав должен измерять качество используемой воды.	Наличие
6.6	В каждом водяном контейнере должен находиться измеритель уровня воды.	Наличие
6.7	Автоклав должен иметь возможность отображения общего количества проведённых циклов и хранить во внутренней памяти до 40 последних циклов.	Наличие
<b>7. Интерфейс</b>		
7.1	Автоклав должен иметь серийный интерфейс для подсоединения матричного принтера, компьютера.	Наличие
7.2	На распечатке должна отображаться информация о дате, времени, номере цикла, температуре, давлении на каждом этапе стерилизации.	Наличие
7.3	Программное обеспечение должно обеспечивать возможность дистанционной диагностики автоклава через модем.	Наличие
<b>8. Требования к безопасности</b>		
8.1	В случае отсутствия электропитания дверца автоматически блокируется.	Наличие
8.2	Во время рабочего цикла дверца блокируется электрическим и механическим запорами.	Наличие
8.3	Специальный клапан давления должен предохранять от чрезмерного повышения давления.	Наличие
8.4	Аварийный выключатель нагревания должен предохранять от перегрева.	Наличие

8.5	В случае появления ошибки или отклонения от нормы должен появляться сигнал тревоги. Информация должна выводиться на дисплей.	Наличие
<b>9. Эксплуатационные требования</b>		
9.1	Потребляемая мощность: не более 2500 Вт	Наличие
9.2	Электропитание: 230 В/ 50Гц	Наличие
9.3	16А отдельный предохранитель	Наличие
9.4	Защита от утечки тока 30 мА	Наличие
<b>10. Стандарты</b>		
10.1	EN 13060, класс В	Наличие
10.2	93/42 ЕЕС Медицинское оборудование	Наличие
10.3	97/23 ЕЕС Устройства давления	Наличие
10.4	EN 60601-1 -2; EMC	Наличие
10.5	EN 61010-1 -2; Электрическая безопасность	Наличие
<b>11. Прочие условия и требования:</b>		
11.1	Инструкция по эксплуатации на русском языке.	Наличие
11.2	Деминерализатор MELAdem 40 (или эквивалент) – 1 шт.	Наличие
11.3	Гарантийное обслуживание, не менее	12 месяцев с момента поставки
11.4	Количество комплектов	один

Согласовано \_\_\_\_\_ **ПОДПИСЬ** \_\_\_\_\_ Н.Г. Гиляжитдинов

Согласовано \_\_\_\_\_ **ПОДПИСЬ** \_\_\_\_\_ П.А. Затолокин

Утверждаю  
Главный врач  
ЧУЗ «РЖД-Медицина»  
г. Калининград»

**ПОДПИСЬ**

Л.М. Сиглаева

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинского оборудования (автоклав) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»**

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 35 раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), направлены запросы ценовых предложений поставщикам, имеющим опыт поставки аналогичных товаров, в результате чего получены коммерческие предложения от 3-х поставщиков:

Коммерческое предложение № 1: исх. № б/н от 03.08.2021 года,

Коммерческое предложение № 2: исх. № б/н от 05.08.2021 года

Коммерческое предложение № 3: исх. № б/н от 23.08.2021 года

Коммерческое предложение № 4: исх. № б/н от 01.11.2021 года

№ п/п	Наименование объекта закупки	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки	Кол-во	Цена за единицу измерения, руб.				Минимальная цена за единицу	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
				Поставщик №1 (руб.)	Поставщик №2 (руб.)	Поставщик №3 (руб.)	Поставщик №4 (руб.)		
1	автоклав	В соответствие с техническим заданием	1,0	670 000,00	596 000,00	679 750,00	499 500,00	499 500,00	<b>499 500,00</b>
<b>ИТОГО: 499 500,00</b>									

Начальная (максимальная) цена договора составляет **499 500,00 рублей** и включает в себя стоимость Товара, стоимость Оборудования и Услуг, с учетом транспортных расходов, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Все показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик объекта закупки, установлены в соответствии с потребностями Заказчика и являются широко используемыми на современном рынке данного вида товаров.

**ПОДПИСЬ**

экономист 1 категории \_\_\_\_\_ Т.А. Мисюрева